



品 名:	50%氢氧化钠溶液
批 号:	20250806
级 别:	分析纯
检验依据:	Q/GHKJ 9009-2020
分 子 式:	NaOH
分 子 量:	40.00
生产日期:	2025-08-06

检验项目	指标	检验结果
含量(NaOH), %	49.7~50.0	49.9
碳酸盐(以Na ₂ CO ₃ 计), %	≤1.5	<1.5
澄清度试验, 号	≤4	<4
氯化物(Cl), %	≤0.005	<0.005
硫酸盐(SO ₄), %	≤0.005	<0.005
总氮量(N), %	≤0.001	<0.001
磷酸盐(PO ₄), %	≤0.001	<0.001
硅酸盐(SiO ₃), %	≤0.01	<0.01
铝(Al), %	≤0.002	<0.002
钾(K), %	≤0.05	<0.05
钙(Ca), %	≤0.01	<0.01
铁(Fe), %	≤0.001	<0.001
重金属(以Pb计), %	≤0.003	<0.003
以下空白		

结论: 本品按Q/GHKJ 9009-2020检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张林锋	复核人: 李利飞	检验人: 蓝国煜
----------	----------	----------